

昆山艾瑞思自动化科技有限公司检测报告

电磁流量计校验记录

口径: DN 150 电极材料: 316L 日期: 2012-7-29

量程: 300m3/h 内层材料: 橡胶 出厂编号: 2012070269

出厂型号: ARSLDE1502031.6E10000000 发货日期: _____

订货厂家: _____ 合同编号: _____

标定方式: 方式1 方式2 方式3 磁场电流: 250 分体 一体

传感器编号: 13 出厂时表头编号: 2012070269

测试过程数据

| 序号 | 测试流速 (m/s) | 测试点流量(m3/h) | | | | 标定系数 | 检验时间 | | |
|----|-----------------|---------------|---------|---------|---------|--------|------|------|------------|
| | | 范围 | | 电流平均 | 称重平均 | | 点点 | 秒 | 称重 (公斤) |
| 1 | 0.654 | 41.328 | 41.883 | 41.606 | 53.322 | 1.2816 | 130 | 1926 | |
| 2 | 1.004 | 63.446 | 64.298 | 63.872 | 81.864 | 1.2817 | 60 | 1364 | |
| 3 | 2.005 | 126.702 | 128.403 | 127.553 | 163.471 | 1.2816 | 60 | 2725 | |

传感器标定系数: 1.2816

传感器 信号 1 平 表头: 红 / SIG1

砺磁 平(黑) 黑 / EX+

昆山艾瑞思自动化科技有限公司

联系人: 杨爱国 15995662383

电话: 0512-88930277

传真: 0512-36865530

网址: <http://www.arskj.com>

<http://www.arskj.net>